

Dr. Hydrogen Bottle +

ドクター水素 ボトル+®

医学博士 久保 伸夫 完全監修

MB "Nobuo Kubo" completely produced



水素ガス濃度
966,664_{ppm}

水素水濃度
1,616_{ppb}

希望小売価格 (税込)

¥220,000

ドクター水素ボトル+® が選ばれる理由

01 ●

高濃度水素ガスを**吸入**する！



Inhalation

STEP

吸入



02 ●

高濃度水素水を**飲用**する！



Drinking

STEP

飲用



03 ●

高濃度水素水を**散布**する！



Spray

STEP

散布



【ドクター水素ボトル+® 使用説明動画サイト】

使用方法・日々の洗浄メンテナンス・お水の選定方法などを動画でまとめたサイトになっております。



吐出ガス量
12mL/min
本体ガス吐出口
966,664ppm (97.7%)



カニューレ先端
831,170ppm (83.1%)



鼻腔内
4,485ppm (0.45%)

血液中内
1.62ppb/w

水素水溶存濃度
1,616ppb (1.6ppm)

水素水生成後経過
1.0ppm 以上（生成後 5 時間）

試料名	ドクター・水素ボルト	気圧/温度	24℃/40%
採取日	2023年10月12日	気圧	1010hPa
採取場所	(株)生井ガス株式会社管内	天候	晴れ
採取者	増田 晴亮	採取時刻	—
試料量	1g	試料採取方法	マウカノバツ

分析の対象	分析結果	単位	分析方法
水取排水量調査	1.616	g/g w/w	ガス・マニピュレーション法 ヘッドスペース法
以下空白			

備考：ドクター水素分析機にてヤシした標準物質に250mgを入れ、5分間脱ガスサンプル採取
g/g w/w (25℃室温度(室温))

試料名	ドクター水素ボトル	気温/湿度	24℃/40%
採取日	2023年10月12日	気圧	1010Pa
採取場所	(株)生井ガス販売部倉庫前	天候	晴れ
採取者	堤田 浩夫	採取時刻	-
分析依頼材料	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺	分析依頼事項	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

分析の対象	分析結果	単位	分析方法
1時間前	1,571	個/人・月	ガス・マテリアル・バランス・データベース法
2時間前	1,526	個/人・月	ガス・マテリアル・バランス・データベース法
3時間前	1,458	個/人・月	ガス・マテリアル・バランス・データベース法
4時間前	1,438	個/人・月	ガス・マテリアル・バランス・データベース法
5時間前	1,307	個/人・月	ガス・マテリアル・バランス・データベース法
6時間前	1,147	個/人・月	ガス・マテリアル・バランス・データベース法
8時間前	826	個/人・月	ガス・マテリアル・バランス・データベース法
7時間前	768	個/人・月	ガス・マテリアル・バランス・データベース法
6時間前	612	個/人・月	ガス・マテリアル・バランス・データベース法
5時間前	507	個/人・月	ガス・マテリアル・バランス・データベース法
10時間前	329	個/人・月	ガス・マテリアル・バランス・データベース法
13時間前	215	個/人・月	ガス・マテリアル・バランス・データベース法

備考： 持ち出し

□ ドクター水素ボトル + 商品仕様

型番	DHB300+
定格電圧	DC3.7V
容量	250cc
水素発生量	99.9% 12mL /min
満充電時生成回数	5分モードのみ使用時：約 25 回 ～ 30 回 30分モードのみ使用時：約 4 回 ～ 5 回
水素生成方式	久保方式 設定電圧が低いのでオゾンが発生しない。 産生された酸素は本体下部から雰囲気中に排出されるのでボトル内に酸素やオゾンが含まれない独自技術
充電方法	USB 充電式 付属の AC アダプタ、USB ケーブル 出力定格 5V/2A 以下の AC アダプタ
操作性	スイッチをタッチ 5分（LED 青点灯） 30分（LED 無点灯）
防水性	生活防水
使用温度範囲	0℃～40℃
本体重量	332g
本体寸法	φ60 × L220mm
材質：ボトル	PCTG 樹脂
本体、キャップ	ABS 樹脂
付属品	吸入用カニューレ、USB ケーブル AC アダプタ、ミストボトル
消耗部品交換	2 ～ 2.5 年（使用頻度により変わります）

【別売】水素水スプレーセット

本体付属のミストボトルでは、水素水の入れ替えが大変な方のために開発されたスプレーキットです。ドクター水素ボトル+のキャップを外し、直接取り付け可能なスプレーキットです。詳しくは専用カタログをご覧ください。



【別売】ドクター水素水ボトル + 専用スタンド



- 水素ガス吸入されるときは、専用のカニューレをご使用ください。ドクター水素ボトル+に使用する水は、活性炭を含む中空系フィルターで浄水した水、精製水、RO 水、市販のミネラルウォーター（軟水：硬度 60mg/L 未満、ナトリウム 100ml 換算 1.5mg 以下）をご使用ください。硬水、浄水をおこなっていない水道水または、水道水をそのまま使用しないでください。使用すると本機の劣化および故障の原因となります。
- 使用年数や使用状況により有償にて消耗部品交換が必要な場合がございます。費用など詳細は正規認定代理店にお問合せください。

ドクター水素ボトル完全監修

医療法人 華風会ボー・クリニック

院長 久保 伸夫

・日本耳鼻咽喉科学会専門医

・カンボジア外国医師免許第 20 号

・国際顔面形成学会日本支部代表

・医療法人社団みき会サンフィールドクリニック理事長

・ザ北浜タワー耳鼻咽喉科皮膚科クリニック顧問、医師

・医療法人 華風会 ボー・クリニック院長

・日本アレルギー学会 専門医代議員

・日本気管食道学会認定医

中央区日本橋小伝馬町17-13 第9堀ビル4階
WOO-EAST株式会社
代表取締役 北 條 雅 弘
TEL 03-3527-2211 FAX 03-3527-3439